

2013年5月吉日

お客様各位

株式会社サンメディカル技術研究所

クールシールユニット CS210 の製品変更のお知らせ

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品におきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「クールシールユニット CS210」につきまして、内部回路の変更に伴い、リザーバ上面のフレキシブル基板がなくなりますのでご案内いたします。変更品の出荷は2013年5月より順次行ってまいります。

何卒、ご了承賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

変更内容

- 「クールシールユニット CS210」のリザーバ上面のフレキシブル基板がなくなります。
- 品番、価格等に変更はございません。
-

なお、今回の製品変更によって、「クールシールユニット CS210」の機能・性能の変更はありません。

変更前
フレキシブル基板



変更後



対象製品

カタログ番号 (ユニットコード)	製品名	JANコード	変更開始製造日
CS210	クールシールユニット	4562272470463	2013年5月製造以降

[お問い合わせ先]

株式会社サンメディカル技術研究所 渉外チーム

TEL:0266-54-1900(代) E-mail:tech@evaheart.co.jp

以上